



**NACZELNA RADA LEKARSKA**  
**KOMISJA STOMATOLOGICZNA**

NRL/KS/39/13

Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r.

Pan  
Marek Posobkiewicz  
p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

*Szanowny Panie Ministrze,*

w imieniu Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej zwracam się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i kryteriów, jakimi kierują się organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy określaniu długości czasu przechowywania sprzętu medycznego i wyrobów medycznych wielorazowego użycia sterylizowanych w gabinetach stomatologicznych.

Podczas kontroli sanitarnej organy kontrolujące przyjmują, że materiały i narzędzia pakowane w rękawy foliowo-papierowe poddane sterylizacji w autoklawach gabinetowych (zlokalizowanych w gabinetach lekarskich) mają termin ważności w wymiarze 6 miesięcy.

Jednocześnie jednak w stosunku do materiałów, które działające na rynku firmy (np. Matopat) poddają takiej samej sterylizacji i tak samo pakują, termin ważności jest nieporównywalnie dłuższy i wynosi 5 lat.

Nadmienić przy tym należy, że pakiety te – kilkakrotnie transportowane, magazynowane, przekazywane – są w praktyce o wiele częściej narażone na uszkodzenia mechaniczne niż pakiety wykonane na miejscu w gabinecie. Urządzenia znajdujące się w gabinetach lekarskich są pod ciągłym nadzorem technicznym, każdy pakiet zawiera chemiczny test skuteczności sterylizacji, a urządzenia poddawane są biologicznej kontroli skuteczności sterylizacji co 6 miesięcy.

Zachodzi więc pytanie, czy organy inspekcji sanitarnej mają podstawy (np. badania naukowe) do przyjmowania tak odbiegających od siebie terminów ważności omawianych pakietów.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie powyższych kwestii, ponieważ obecna praktyka budzi wątpliwości lekarzy dentystów.

*Z poważaniem*

WICEPREZES  
Naczelnej Rady Lekarskiej

*Anna Lello*